
Panoramica dei simboli in ambito elettrochirurgico

Simbolo	Descrizione
	Connessione per interruttore a pedale
	Elettrodo neutro isolato da terra ad alta frequenza
	Dispositivo tipo CF protetto da defibrillazione
	Corrente alternata
	on/off (a conferma tattile)
	Durante l'attivazione (del dispositivo elettrochirurgico) viene applicata energia AF da 9 kHz fino 4 GHz, la quale produce radiazione elettromagnetica.
	Simbolo di dispositivi elettrici ed elettronici secondo direttiva 2022/96/CE WEEE, vedi Smaltimento
	Indicazione della uscita (attiva) ad alta frequenza. Attenzione: tensione elettrica pericolosa.
	Attenzione: limitazione della vendita e della prescrizione a soli medici. Solo per il medico curante.
	Produttore
	Data di produzione
	Osservare le istruzioni d'uso
	Equipotenziale (uguaglianza potenziale)
	Segnale d'entrata della connessione del cavo a fibre ottiche
	Segnale d'uscita della connessione del cavo a fibre ottiche
	Connessione ethernet
	Connessione USB
	Audio (IN)
	Interfaccia di comunicazione UART
	Codice articolo
	Numero di serie

Simbolo	Descrizione
	Marchiatura CE con codice dell'ente notificante. Prodotto é conforme alle esigenze del regolamento (UE) 2017/745 su dispositivi medicali.
	Conforme a standard russi
	Classe di protezione
	Lotto
	Quantitá
	Utilizzabile fino a
	Sterilizzato con ossido di etilene
	Monouso
	Non risterilizzare
	Non utilizzare se la confezione é danneggiata
	Attenzione: fragile
	Proteggere da esposizione solare
	Proteggere da umido
	Attenzione
	Dispositivo medicale
	Latex-free (privo di lattice)
	Osservare le istruzioni d'uso
	Limite di temperatura
	Ambito di umiditá dell'aria al quale puó essere esposto il dispositivo
	Ambito della pressione atmosferica alla quale puó essere esposto il dispositivo

© BOWA-electronic GmbH 2026

Attenzione: la presente checklist non sostituisce le istruzioni per l'uso. Le informazioni e i dati in essa contenuti non potranno essere utilizzati per avanzare pretese nei confronti di BOWA-electronic GmbH. In casi o circostanze particolari potrebbe essere necessario discostarsi da quanto indicato nel presente documento.
Per indicazioni in merito ai dispositivi, rivolgersi al rappresentante BOWA MEDICAL di riferimento.

BOWA-electronic GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 4–10 | 72810 Gomaringen | Germany | Telefono +49 7072 6002-0 | info@bowa-medical.com | www.bowa-medical.com